

Протокол 6 от 17.02.2021 об итогах закупки товаров способом запроса ценовых предложений к Объявлению №6 от 08.02.2021

согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

г. Серебрянск

1. В соответствии с п.3 п.8 Постановления Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.

Председатель комиссии: Куринский В.В. – и.о. главного врача КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО

Юрист: Абдибекова А.Н. – юрист

Члены комиссии: Неустроева Е.А. - главный бухгалтер; Звонцова С.А. - бухгалтер по материалам;
Секретарь комиссии: Кирева Е.И. - специалист по государственным закупкам

2. Провели закуп способом запроса ценовых предложений.

Сумма Выделенная для закупки 10547285

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед.изм.	Кол-во ед-и	Цена за ед-цу в тенге	Сумма
1.	Реагент для определения Асiп FS 10 x 10 мл (2000 тестов)	Реагент для определения АКТИН FS.Раствор, представляющий собой очищенные фосфатиды сои в элаговой кислоте с добавлением гелес буфера (4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинтансульфоновая кислота), предназначен для определения АЧТВ - 10 флаконов с реагентом x10мл.	набор	5	112530	562650
2.	Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл	Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза. Инкубация плазмы с оптимальным количеством фосфолипидов и поверхностным активатором приводит к активации факторов внутренней системы свертывания. Добавление ионов кальция запускает процесс свертывания; при этом измеряется время, ушедшее на образование фибринового сгустка. Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом x15 мл	набор	5	27104	135520

	Мультибрен U 10 x 5 ml (Реагент для определения Мультибрен U 10 x 5 ml) 500 тестов	Количественное определение фибриногена в плазме. Модификация метода Clauss. Цитратная плазма коагулирует в присутствии большого избытка тромбина. Здесь время свертывания в значительной степени зависит от содержания фибриногена в образце; вещества, ингибирующие тромбин (гепарин в концентрациях до 2 Ед/мл или пилудин в терапевтической дозе), не влияют на результаты тестирования. Реагенты Материалы, поставляемые в наборе Мультифибрин U 8 x 5 мл, код № OWZG или 14 x 2 мл, код № OWZG	набор	17	70785	1203345
4.	Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл)	Раствор, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором теплестойкого буфера (4-(2-гидроксипил)-1-пиперазинтансульфоновая кислота) - 6x1мл.	набор	3	146819	440457
5.	Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов)	Человеческий тромбопластин содержащий кальций. Назначение и применение: Тромборель S используется для определения протромбинового времени (ПТВ) по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и X. Материалы, поставляемые в наборе: Упаковка на 10 флаконов с реагентом x 10 мл	набор	9	82764	744876
6.	Калибратор PT-Multi калибратор 6 x на 1 мл	Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму Материалы, поставляемые в наборе: 6 флаконов с калибраторами 1-6 x1мл.	набор	3	93313	279939
7.	Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control	Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПТВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, VT, антитромбин III, Протеин C, Протеин S, PtoC Global/FV, PtoC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, C1-ингибитор, волчаночные	набор	4	77220	308880

	Plasma N 10 x на 1 мл)	антикоагулянты, фактор Виллебранда, ORKE41				
8.	Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл)	Контрольная плазма P (патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, VT, антитромбин III, Протеин C, Протеин S, Pтос Global/FV, Pтос Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, C1-ингибитор, фактор Виллебранда)	набор	4	92985	371940
9.	Реакционные кюветы, уп(3 x 1000 шт)	Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1 мл - 3x1000шт.	упаковк а	8	309951	2479608
10.	Набор чашек для плазмы 1.5 мл, уп(1.5 млх 1000 шт)	Набор чашек для плазмы 1.5 мл, уп(1.5 млх 1000 шт) для автоматического коагулометра серии СА-660	упаковк а	2	49674	99348
11.	Раствор чистящий СА Clean I 1 x 50мл	Раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл.	упаковк а	48	48939	2349072
12.	Раствор промывочный СА Clean II 1 x 500мл	Предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: ул. (1 x 500 мл)	упаковк а	5	122351	611755
13.	Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 тестов	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Цветовой код: Желтый. Реагент — Бельгий. Буферного раствора — Содержимое флакона реагента растворяется буферным раствором. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный; стандартизованные количества телячьего свороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), pH 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л). Стабильность после растворения: - при температуре +37°C 8 час - при температуре +15-25°C 10 час	упаковк а	15	55836	837540

		- при температуре +2-8°C 7 дней - при температуре -20°C 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°C. Фасовка 10 x 5 мл количество тестов: 500 Тест-набор 10 x 5 мл буферный раствор; (10 x 5 мл реагент и 1 x 50 мл буферный раствор); Реагент можно использовать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Не калибруется. Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутрисеруиновой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803				
14.	Бумага для принтера СА660		упаковок а	5	24471	122355

3. Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика
1	ТОО "АлтайМедика"	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Омская, 4
2	ТОО «QZMedical»	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Омская, 4

ТОО "АлтайМедика"

№ лота	Наименование	Техническая спецификация			Ед.изм.	Кол-во ед-и	Цена за ед-цу в тенге	Сумма
1.	Реагент для определения Асип FS 10 x 10 мл (2000 тестов)	Реагент для определения АКТИН FS.Раствор, представляющий собой очищенные фосфатиды сои в эдлаговой кислоте с добавлением гепес буфера (4-(2-гидроксипроксиэтил)-1-пиперазинстансульфоновая кислота), предназначен для определения АЧТВ - 10 флаконов с реагентом x10мл.			набор	5	102300	511500
2.	Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл	Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методах гемостаза. Инкубация плазмы с оптимальным количеством фосфолипидов и поверхностным активатором приводит к активации факторов внутренней системы свертывания. Добавление ионов кальция запускает процесс свертывания; при этом измеряется время, ушедшее на образование фибринового сгустка. Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом x15 мл			набор	5	24640	123200
3.	Multifibrin U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibrin U 10 x 5 ml) 500 тестов	Количественное определение фибриногена в плазме. Модификация метода Clauss. Цитратная плазма коагулирует в присутствии большого избытка тромбина. Здесь время свертывания в значительной степени зависит от содержания фибриногена в образце; вещества, ингибирующие тромбин (гепарин в концентрациях до 2 Ед/мл или гирудин в терапевтической дозе), не влияют на результаты тестирования. Реагенты Материалы, поставляемые в наборе Мультифибрин U 8 x 5 мл, код № OWZG или 14 x 2 мл, код № OWZG			набор	17	64350	1093950

4.	Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл)	Раствор, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором глутамата натрия (4-(2-гидроксипропан-2-ил)-1-пиперазинтансульфоновая кислота) - 6x1мл.	набор	3	133472	400416
5.	Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов)	Человеческий тромбопластин содержащий кальций. Назначение и применение: Тромбореаль S используется для определения протромбинового времени (ПТВ) по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и X. Материалы, поставляемые в наборе: Упаковка на 10 флаконов с реагентом x 10 мл	набор	9	75240	677160
6.	Калибратор PT- Multi calibrator 6 x на 1 мл	Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму. Материалы, поставляемые в наборе: 6 флаконов с калибраторами 1-6 x1мл.	набор	3	84830	254490
7.	Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл)	Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПТВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, антитромбин III, Протеин C, Протеин S, PtoC Global/FV, PtoC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, C1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, OKKE41	набор	4	70200	280800
8.	Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл)	Контрольная плазма P (патология) (аттестована по параметрам: ПТВ, АЧТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, антитромбин III, Протеин C, Протеин S, PtoC Global/FV, PtoC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, C1-ингибитор, фактор Виллебранда)	набор	4	84532	338128
9.	Реакционные куветы, уп(3 x 1000 шт)	Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1мл - 3x1000шт.	упаковк а	8	281774	2254192
10.	Набор чашек для плазмы 1.5 мл,	Набор чашек для плазмы 1.5 мл, уп(1.5 млx 1000 шт) для автоматического коагулометра серии СА-660	упаковк а	2	45158	90316

	уп(1.5 млх 1000 шт)				
11.	Раствор чистящий СА Clean I 1 х 50мл	Раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл.	упаковк а	48	44490 2135520
12.	Раствор промывочный СА Clean II 1 х 500мл	Предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп. (1 х 500 мл)	упаковк а	5	111228 556140
13.	Реагент для определения Test Thrombin 10 х на 5 мл 500 тестов	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Цветовой код: Желтый. Реагент - Белый. Буферного раствора - Содержимое флакона реагента растворяется буферным раствором. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный; стандартизованные количества телачьего сыvorоточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: NEPER (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л). Стабильность после растворения: - при температуре +37°C 8 час - при температуре +15-25°C 10 час - при температуре +2-8°C 7 дней - при температуре -20°C 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°C. Фасовка и количество тестов: - Тест-набор 10 х 5 мл - 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); Реагент можно использовать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Не калибруется. Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутритрунповой коэффициент вариации 1,9%, а в междрунппвой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803	упаковк а	15	50760 761400

14.	Бумага для принтера СА660	упаковок а	5	22246	111230
-----	---------------------------	---------------	---	-------	--------

TOO «OZMedical»

№ лота	Наименование	Техническая спецификация			
		Ед.изм.	Кол-во ед-и	Цена за ед-цу в тенге	Сумма
1.	Реагент для определения Асип FS 10 x 10 мл (2000 тестов)	набор	5	112530	562650
2.	Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл	набор	5	27104	135520
3.	Multifibrin U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibrin U 10 x 5 ml) 500 тестов	набор	17	70785	1203345

Количественное определение фибриногена в плазме. Модификация метода Clauss.

Цитратная плазма коагулирует в присутствии большого избытка тромбина. Здесь время свертывания в значительной степени зависит от содержания фибриногена в образце; вещества, ингибирующие тромбин (гепарин в концентрациях до 2 Ед/мл или гирудин в терапевтической дозе), не влияют на результаты тестирования. Реагенты

Материалы, поставляемые в наборе
Мультифибрин U

		8 x 5 мл, код № OWZG или 14 x 2 мл, код № OWZG			
	Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл)	Раствор, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором гепес буфера (4-(2-гидроксиптил)-1- пиперазинтансульфоновая кислота) - 6х1мл.	набор	3	146819 440457
4.	Реагент для определения Тромбогел S 10 x 10 мл (1000 тестов)	Человеческий тромбопластин содержащий кальций. Назначение и применение: Тромбогел S используется для определения протромбинового времени (ПТВ) по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и X. Материалы, поставляемые в наборе: Упаковка на 10 флаконов с реагентом x 10 мл	набор	9	82764 744876
5.	Калибратор PT- Multi калибратор 6 x на 1 мл	Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму Материалы, поставляемые в наборе: 6 флаконов с калибраторами 1-6 x1мл.	набор	3	93313 279939
6.	Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл)	Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, VT, антипротромбин III, Протеин C, Протеин S, PtoC Global/FV, PtoC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, C1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, ORKE41	набор	4	77220 308880
7.	Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл)	Контрольная плазма P (патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, VT, антипротромбин III, Протеин C, Протеин S, PtoC Global/FV, PtoC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, C1-ингибитор, фактор Виллебранда)	набор	4	92985 371940
8.	Реакционные кюветы, уп(3 x	Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1мл - 3x1000шт.	упаковк а	8	309951 2479608

	1000 шт)	Набор чашек для плазмы 1.5 мл, уп(1.5 млх 1000 шт) для автоматического коагулометра серии СА-660				
10.	Набор чашек для плазмы 1.5 мл, уп(1.5 млх 1000 шт)		упаковк а	2	49674	99348
11.	Раствор чистящий СА Clean I 1 х 50мл	Раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл.	упаковк а	48	48939	2349072
12.	Раствор промывочный СА Clean II 1 х 500мл	Предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп. (1 х 500 мл)	упаковк а	5	122351	611755
13.	Реагент для определения Test Thrombin 10 х на 5 мл 500 тестов	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Цветовой код: Желтый. Реагент - Белый. Буферного раствора - Содержимое флакона реагента растворяется буферным раствором. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный; стандартизованные количества телачьего сыvorоточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), pH 7.4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л). Стабильность после растворения: - при температуре +37°C 8 час - при температуре +15-25°C 10 час - при температуре +2-8°C 7 дней - при температуре -20°C 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°C. Фасовка и количество тестов: - Тест-набор 10 х 5 мл - 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); Реагент можно использовать как ручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Не калибруется. Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутритрушковой коэффициент вариации 1,9%, а в межтрушковой - 2,5%.	упаковк а	15	55836	837540

