

Протокол 19 от 22.04.2022 об итогах закупа товаров способом запроса ценовых предложений к Объявлению № 19 от 11.04.2022

согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 04.06.2021 № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

г. Серебрянск

1. Председатель комиссии: Борбасов С.Е. – И.о. Главного врача КГП на ПХВ " Городская больница города Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО

Юрист: Абдибекова А.Н.

Члены комиссии: Неустрова Е.А. – главный бухгалтер;

Секретарь комиссии: Кайгородова З.Е. - специалист по государственным закупкам.

2. Провели закуп способом запроса ценовых предложений.

Сумма Выделенная для закупа

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Техническая спецификация	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге	Место поставки	Сроки и условия поставки
Реагенты для биохимического анализатора закрытого типа BS 200								
1	Калибратор трипунктальный для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на ASO/CRF/RF. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использовать отдельные флаконы для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью	Калибратор трипунктальный для биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на ASO/CRF/RF. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использовать отдельные флаконы для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью	набор	1	352 422	352 422	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	После подписания договора по заявке заказчика в течение 2022 года

	<p>адаптированы для реакгентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора.</p>	<p>позволяет в дальнейшем использовать отдельные флаконы для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора.</p>																																													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Дата и время предоставления ценового предложения
1	ТОО «ШығысМедТрейд»	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова 39/2	14.04.2022г. 09:30

ТОО «ШыгысМедТрейд»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге	Место поставки	Сроки и условия поставки
Реагенты для биохимического анализатора закрытого типа BS 200								
1	<p>Калибратор трипикконтроль для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа</p> <p>Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющих аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на ASO/CRF/RF. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использовать отдельные флаконы для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для референтной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.</p>	Трипикконтроль (L:3*1мл+H:*1мл)	набор	1	352 422	352 422	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	После подписания договора по заявке заказчика в течение 2022 года

