

1.	Компрессорный ингалятор небулайзер	<p>Размер частиц 3 микрона; виртуальных клапанов;</p> <p>Широкий спектр применяемых лекарственных препаратов;</p> <p>Эффективно высокое время работы - 20 минут;</p> <p>Низкий уровень шума - 46 дБ;</p> <p>Небольшой размер;</p> <p>Вес 270 гр.;</p> <p>Крепление для распылительной камеры на корпусе прибора;</p> <p>Малое энергопотребление;</p> <p>Эксплуатируется от сети.</p> <p>Комплектация:</p> <p>Компрессорный блок ингалятора</p> <p>Загубник для рта.</p> <p>Насадка для носа.</p> <p>Сетевой адаптер.</p> <p>Взрослая и детская маски.</p> <p>Воздуховодная трубка (100 см.).</p> <p>Воздушный фильтр - 5 шт.</p> <p>Сумка для хранения и транспортировки.</p> <p>Гарантийный талон.</p> <p>Инструкция на русском языке.</p>	2	18 000	36 000	г.Серебрянск, ул.Мира 33	В течении 30 календарных дней
2.	Пульсоксиметр пальчиковый	<p>Дисплей : OLED, два цвета, 128×64 точек.</p> <p>Алкалиновая батарея, размер AAA, 1,5В – 2 шт</p> <p>USB порт, синхронизация с анализирующим ПО на ПК.</p> <p>Встроенная память: 24 часа</p> <p>Измерение SpO2: Диапазон измерений: 0% ~ 100%</p> <p>Точность: 70% ~ 100%, ±2%; 0% ~ 69%, без определения</p> <p>Измерение частоты пульса: Диапазон измерений: 30 ударов в минуту ~ 250 ударов в минуту</p>	1	185 800	185 800	г.Серебрянск, ул.Мира 33	В течении 30 календарных дней

					<p>Точность: ± 2 удара в минуту или $\pm 2\%$ (выберите большее значение)</p> <p>Разрешение: SpO₂: 1%, частота пульса: 1 удар в минуту</p> <p>Выполнение измерений в условиях низкой перфузии:</p> <p>SpO₂ и частота пульса могут быть показаны правильно при коэффициенте наполнения пульса, равном 0,4%. Поправка для SpO₂ составляет $\pm 4\%$, поправка для частоты пульса составляет ± 2 удара в минуту, или $\pm 2\%$ (выберите большее значение).</p> <p>Требования к источникам питания:</p> <p>3,6 В. постоянного тока $\sim 4,2$ В. постоянного тока.</p> <p>Оптический датчик</p> <p>Красный свет (длина волны: 660 нм., 6,65 мВт.)</p> <p>Инфракрасный (длина волны: 880 нм., 6,75 мВт.)</p> <p>Диапазон настройки сигнала тревоги:</p> <p>SpO₂: 0% \sim 100%</p> <p>Частота пульса: 0 ударов в минуту \sim 254 удара в минуту</p>
--	--	--	--	--	--

5. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений- эксперты не привлекались

6. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений решил:

Признать закуп по лотам 1,2 несостоявшимся. Произвести закуп из одного источника по несостоявшимся закупкам. Заключить договор.

Организатору государственных закупок - КГП на ПХВ " Городская больница города Серебрянск Зырянского района" УЗ ВКО Акимата разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурсе Заказчика.

Тлеубеков К.Б.
Абдибекова А.Н.
Неустроева Е.А.
Гуселетова Е.Г.
Киреева Е.И.



Председатель комиссии
Юрист
Члены комиссии
Секретарь комиссии

